rossmax
Termómetro digital

ES

Modelo: **TB100**

MANUAL DE USUARIO

POR FAVOR; LEA ATENTAMENTE ANTES DEL USO

El termómetro digital proporciona lecturas rápidas de altísima precisión en todo el rango de la temperatura corporal. Por favor, lea primero el manual de usuario completamente. Se ha concebido para presentarle las características de su nuevo termómetro, de manera que pueda aprovechar sus funciones y estar seguro de obtener un funcionamiento fiable por muchos años. Si el termómetro es usado por niños, será imprescindible que un adulto los supervise.

This thermometer is manufactured according to the EC council directive 93/42/EEC:1993; EN12470-3:2000 and complies with the requirements of IEC 60601-1:1988 +A1 +A2, IEC 60601-1-2 : 2001. The company is ISO 9001:2008 and ISO 13485:2003 certified.

ESPECIFICACIONES

Rango:	32.0°C~42.9°C (90.0°F~109.9°F) La escala de la pantalla es elegida por el fabricante
Exactitud:	±0.1°C 35.5°C~42.0°C (±0.2°F 95.9°F~107.6°F) ±0.2°C debajo de 35.5°C o encima de 42.0°C (±0.4°F debajo de 95.9°F o encima de 107.6°F) a temperatura ambiente estándar de 25.0°C (77.0°F)
Pantalla:	Pantalla de cristal líquido, 3 1/2 dígitos
Pila:	Una pila tipo botón de 1.5 V DC (SR41, UCC 392 ó LR41)
Consumo de potencia:	0,15 milivatios en modo de medición
Vida de la pila:	Más de 200 horas de operación continua
Dimensiones:	12.4cm x 1.8cm x 0.9cm (L x A x H)
Peso:	Aprox. 10 gramos incluyendo la pila
Alarma:	Señal acústica de aprox. 10 segundos al alcanzarse la temperatura máxima
Ambiente de operación:	Temperatura:10.0°C~35.0°C (50.0°F~95.0°F) Humedad: 25%HR~80%HR
Condiciones de almacenaje y transporte:	Temperatura: -25.0°C~ 55.0°C (-13.0°F~131.0°F) Humedad: 25%HR~80%HR

MODO DE USAR

1. Pulse el botón de ENCENDIDO/APAGADO junto a la pantalla. La pantalla visualizará 88.8°F por 2 segundos y se oirá un tono.
2. Al soltar el botón de ENCENDIDO/APAGADO, por unos 2 segundos se visualizará la última temperatura medida. A continuación, se visualizará la temperatura de autocomprobación de 7.0°C(98.6°F). Y después se visualizará Lo°C (Lo°F).
3. Frote la punta con alcohol o sumérjala en éste para desinfectarla. Coloque la punta en la boca, el recto o la axila. Para el uso oral, por favor coloque la punta en la posición marcada con "✓"en la imagen. Para obtener una medición precisa, mantenga la boca cerrada por 5 minutos antes de medir.

4. Tan pronto el signo de grados °C (°F) ha dejado de parpadear en la pantalla (por lo general después de 30 a 60 segundos) sonará una alarma acústica por aprox. 10 segundos, y la temperatura medida será visualizada en la pantalla LCD. La lectura de temperatura no cambiará al retirar la unidad de la posición de medición. Si la temperatura es <37.8°C (100.0°F), el zumbador advertirá "Bi---Bi---Bi---Bi---". Si la temperatura es ≥ 37.8°C (100.0°F), el zumbador avisará con una frecuencia más alta "Bi-Bi-Bi----Bi-Bi-Bi--" durante unos 10 segundos.
5. La unidad se apagará automáticamente después de 10 minutos para ahorrar energía. Sin embargo, para prolongar la vida de la pila, se recomienda pulsar el botón de ENCENDIDO/APAGADO para apagar la unidad después de la medición.

rossmax
Termómetro digital

ES

Modelo: **TB100**

6. Por favor, deseche las pilas usadas y el termómetro en conformidad con la ley.

Nota: Si en el paso 2 la temperatura ambiente es más alta que 32.0°C (90.0°F), se visualizará la temperatura ambiente.

Nota: El uso del protector de punta podrá causar una diferencia de 0.1°C (0.2°F) de la temperatura actual.

USO ORAL

Coloque la punta debajo de la lengua del paciente. Instruya al paciente que deberá mantener la boca cerrada por alrededor de 1 minuto. La temperatura normal medida con este método es de 37.0°C (98.6°F).

USO RECTAL

Aplique vaselina a la punta para poder introducirla mejor. Introduzca la punta suavemente un centímetro (menos de 1/2 inch) en el recto del paciente y manténgala ahí por alrededor de 1 minuto. La temperatura normal medida con este método es alrededor de 37.6°C (99.7°F).

USO AXILAR

Frote la axila con una toalla seca. Coloque la punta en la axila del paciente y mantenga el brazo del paciente presionado firmemente contra su costado por alrededor de 1 minuto. La temperatura normal medida con este método es de 36.5°C (97.7°F).

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

1. Limpie la unidad frotándola con un trapo seco y esterilice la punta con alcohol etílico.
2. No deje que la unidad tenga contacto con ningún diluyente químico.
3. No es hermética al agua. No sumerja la pantalla en agua. Únicamente la punta es hermética al agua.

PRECAUCIÓN

* No tire la unidad. No es resistente a golpes.
* No doble la unidad.
* No hierva la unidad.
* No guarde la unidad en un lugar expuesto directamente al sol o a altas temperaturas.
* No trate de desensamblar la unidad excepto para el cambio de pila.
* ⎓ significa voltios directos d.c.
* 🚶 significa tipo B.

CAMBIO DE PILA

1. Si aparece " ▮ " en la esquina inferior derecha de la pantalla LCD, la pila estará vacía y se requerirá una nueva.
2. Retire la tapa de pila con la mano en la dirección mostrada en la imagen.
3. Con precaución, extraiga la tarjeta de circuito con el compartimiento de pila aprox. 1 cm.

4. Use un objeto puntiagudo como un bolígrafo para sacar la pila usada. Deseche la pila usada fuera del alcance de niños.
5. Meta una nueva pila tipo botón SR41, UCC 392 ó LR41 de 1.5V DC en el compartimiento, con el lado positivo mostrando hacia arriba.
6. Tape la pila.

GARANTÍA LIMITADA

Este termómetro dispone de una garantía que cubre defectos de fabricación y uso normal dos años a partir de la fecha de la compra. Si su unidad no funciona adecuadamente debido a piezas o conjuntos defectuosos, la sustituiremos o repararemos gratuitamente. Todas las piezas están incluidas en esta garantía excepto la pila. La garantía no cubre daños causados por un manejo inadecuado.

ISO CE 9001/13485 0366

Rossmax International Ltd.
7,F.,No.189,Kang Chien Rd.,Taipei,114,Taiwan.

EC REP Rossmax Swiss GmbH,
Hammerstrasse 16 CH-9442 Berneck, Switzerland

Issue date:1-3-2011 IOS.07